

Системы для взятия капиллярной крови MICROVETTE (Сарштедт, Германия)

Добавил(а) Administrator


18.10.13 00:00 - Последнее обновление 19.05.21 15:24

Системы для взятия капиллярной крови MICROVETTE (Сарштедт, Германия)




Microvette (Микроветы) простая и удобная система взятия капиллярной крови.

Microvette 200 EDTA (201288) по цене **0,18Евро(вкл-я НДС 18%)** шт. СКИДКИ ОТ КОЛИЧ



ВЗЯТИЯ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ MICROVETTE 100/200



1. После прокола кожи пальца одноразовым стерильным скарификатором, удалить первую ка

Системы для взятия капиллярной крови MICROVETTE (Сарштедт, Германия)

Добавил(а) Administrator


18.10.13 00:00 - Последнее обновление 19.05.21 15:24

Реактив	Назначение
АКТИВАТОР СВЕРТЫВАНИЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ВИРУСОЛОГИЯ БАКТЕРИОЛОГИЯ
АКТИВАТОР СВЕРТЫВАНИЯ +ГЕЛЬ	КЛИНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
ЦИТРАТ НАТРИЯ 1:9	ГЕМАТОЛОГИЯ (КОАГУЛОЛОГИЯ)
ЦИТРАТ НАТРИЯ 1:4	ГЕМАТОЛОГИЯ (СОЭ)
ЛИТИЙ ГЕПАРИН	КЛИНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
КЗ ЭДТА	ГЕМАТОЛОГИЯ
ФТОРИД НАТРИЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (ГЛЮКОЗА)



Системы для взятия капиллярной крови MICROVETTE (Сарштедт, Германия)

Добавил(а) Administrator


18.10.13 00:00 - Последнее обновление 19.05.21 15:24



2. Процесс взятия крови завершается, когда капилляр "end-to-end" полностью заполнен кровью.



4. Предотвращение контакта с кровью. Микроветте (микроветту) немедленно утилизируют.



6. При работе с термостатом, 20-30°C, Microvette (микроветту) немедленно утилизируют.

Добавил(а) Administrator
18.10.13 00:00 - Последнее обновление 19.05.21 15:24

